



Precisão em todos os suspiros

O BiPAP Synchrony combina a tecnologia avançada da Respironics com o algoritmo Auto-Trak e a ventilação AVAPS com uma ampla gama de modos, alarmes e recursos de monitoramento para oferecer a ventilação ideal para os pacientes que sofrem de doenças respiratórias crônicas.

Allies
in Better Sleep
and Breathing

Somos seus aliados na busca por melhor qualidade de Sono e Respiração. Por isso, lideramos o mercado fornecendo não apenas tecnologia de ponta, mas também um suporte excepcional.

PHILIPS
RESPIRONICS



Sistema BiPAP

LA 1029756	BiPAP Synchrony AVAPS

Software clínico

1003543	Leitor de SmartCard
1009583	Software Encore Pro
1003304	SmartCard Encore (pacote com 10)
1007492	SleepLink + cabo para conexão do PC
1011176	Polígrafo Stardust II
1012120	Software Stardust II
1011258	Cabo do SleepLink do Stardust II
1011955	SleepLink + cabo do Stardust II
1022090	Software de controle remoto direto do PC
1007353	Software de controle remoto do PDA
1043844	Equipamento Alice PDx

Acessórios

312710	Conector em T de oxigênio
1005964	Filtro de pólen (pacote com 2)
1005945	Filtro ultrafino (pacote com 2)
622038	Circuito do paciente
1001158	Cabo de alimentação padrão "Europa"
1005895	Cabo de alimentação padrão "Reino Unido"
1028869	Conjunto de bateria externa
1012975	Adaptador de cabo de CC e adaptador para acendedor de cigarros do carro
1028870	Carregador de bateria com cabo de alimentação, 12 V, universal
1007861	Umidificador aquecido
1020425	Cabo de extensão do umidificador

Especificações

Modos de ventilação	Modos de pressão: pressão CPAP contínua, S espontâneo, S/T controlada espontânea, T controlada e PC controlado
AVAPS	
IPAP mín.	EPAP a IPAP máx.
IPAP máx.	IPAP mín. a 30 cm H_2O
Meta de Vte	200 ml a 1.500 ml
Alarme	Vte baixo (pode ser desativado)
IPAP	4 a 30 cm H_2O
EPAP	4 a 25 cm H_2O
CPAP	4 a 20 cm H_2O
Frequência respiratória	0 a 30 BPM (PC e S/T) 4 a 30 BPM (T)
Tempo inspiratório	0,5 a 3,0 s
Tempo de elevação	100 a 600 ms
Rampa	0 a 45 min
Monitoramento	Pressão, volume corrente expirado estimado, ventilação por minuto expirada estimada, frequência da respiração, fuga
Alarmes	Desconexão do paciente, ventilação por minuto baixa, volume corrente baixo (somente AVAPS), apnéia
Software clínico	Software Encore Pro com SmartCard Compatível com polígrafo Stardust II e polissonógrafo Alice PDx
Fonte de energia	100 – 240 VCA, 50/60Hz
Dimensão	24,8 cm x 16,8 cm x 11,2 cm
Peso	1,8 kg
Acessórios	Umidificador aquecido Bateria externa

Por favor visite www.philips.com.br/respironics

Respironics, Stardust, BiPAP, Synchrony, Encore e SleepLink são marcas comerciais da Respironics, Inc. e suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V. Todos os direitos reservados.

A Philips Healthcare reserva-se o direito de realizar alterações em especificações ou de interromper a fabricação de produtos a qualquer momento, sem necessidade de avisos prévios ou obrigações outras, não sendo responsável por conseqüências resultantes do uso desta publicação.

Registro Anvisa: 80102510228

MCI 4102738

A Philips Healthcare é parte integrante da Royal Philips Electronics

Philips Respironics Sede Internacional
+33 1 47 28 30 82

Philips Respironics Ásia Pacífico
+65 6882 5282

Philips Respironics Brasil
0800 701 7789

Philips Respironics
1010 Murry Ridge Lane
Murrysville, PA 15668

Customer Service
+1 724 387 4000
800 345 6443 (toll free, US only)
www.philips.com/respironics