Klinischer Leitfaden zur Maskenanpassung

Philips Respironics AP111 Nasenmaske

PHILIPS

sense and simplicity

Leitfaden zum Anpassen der Respironics AP111

Das Cradle-Polster

- Ein Cradle-Polster der richtigen Größe darf die Nasenlöcher nicht blockieren.
- Dabei darf die Nase nicht in das Polster gedrückt werden.

Anbringen des Polsters

- Die Markierungen auf dem Polster zeigen die richtige Platzierung auf der Polster-Befestigung an.
- Die Pfeile auf dem Polster und dem Maskenrahmen müssen sich auf derselben Seite befinden, auch wenn sie u.U. nicht genau aufeinander ausgerichtet werden können.
- Das Polster auf der Befestigung anbringen. Die beiden Seiten nacheinander und nicht gleichzeitig anbringen.
- Die Öffnung auf einer Seite des Polsters über den entsprechenden Stift auf der Befestigung/dem Maskenrahmen legen.
- Das Polster über die Befestigung ziehen, um die andere Seite des Polsters zu anzubringen. Das Polster dehnt sich, ohne zu reißen.
- Zur richtigen Platzierung des Polsters das Polster wie angegeben ausrichten.

Verfügbare Größen

- Small (S), Medium (M), Large (L) und Large Narrow (LN).

1. Maskenhalterung mit Rahmen

2. Polster anbringen

3. Polster angebracht

4. Maskenhalterung zum Anlegen positionieren

Anlegen und Justieren der Maske

- Das Cradle-Polster unterhalb der Nase platzieren.
- Den hinteren Riemen der Maskenhalterung vor das Gesicht halten und nach hinten über den Kopf ziehen.
- Den hinteren Riemen auf den Hinterkopf legen, den einstellbaren oberen Riemen oben auf den Kopf legen und die seitlichen Riemen über die Ohren legen.
- Die seitlichen Riemen so einstellen, dass das Polster stabil und komfortabel in Position gehalten wird und die Riemen auf beiden Seiten gleich lang sind.
- Das Stützband so einstellen, dass es fest unter dem Kinn anliegt. **Nicht zu eng anziehen.** Es muss möglich sein, den Mund leicht zu öffnen, ohne dabei das Polster von der Nase wegzuziehen.
- Falls erforderlich, das Polster auf der Befestigung drehen, um einen komfortablen Sitz zu erreichen.

Abnehmen der Maske

- Den hinteren Riemen der Maskenhalterung nach vorne über den Kopf ziehen.



Das Cradle-Polster in aufrechter Position auf der Befestigung platzieren, damit es sich in der richtigen Position unter den Nasenlöchern befindet.

5. Maskenhalterung am Patienten anlegen

6. Unter den Nasenlöchern platzieren

7. Seitliche Riemen und Kopfband einstellen

8. Anpassung abgeschlossen

Tipps zum Anpassen der Maskenhalterung

- Wenn die seitlichen Riemen der Maskenhalterung direkt auf den Ohren aufliegen bzw. diese bedecken, den oberen Riemen etwas fester ziehen, um die seitlichen Riemen von den Ohren zu entfernen.
- Wenn der hintere Riemen der Maskenhalterung rutscht, den oberen Riemen lösen und den hinteren Riemen nach unten in Richtung Genick schieben. Die Seitenriemen und das Stützband so einstellen, dass die Maskenhalterung bequem sitzt.
- Wenn das Stützband rutscht, das Band so einstellen, dass es zwar fest sitzt, aber nicht zu eng anliegt.
- Bei Patienten mit langem Haar den hinteren Riemen unter den Haaren entlang führen.

Tipps zur Leckminimierung

- Darauf achten, dass das Stützband nicht zu eng am Kinn des Patienten anliegt.
- Einen anderen Schlitz für die Riemen der Maskenhalterung wählen.
- Das Polster drehen, um einen besseren Sitz zu erreichen.
- Maskensitz korrigieren, wenn der Patient liegt.
- Andere Polstergröße wählen.
- Den Abschnitt „Schlauchführung“ unten beachten.

Schlauchführung

- Wie bei allen Leichtgewichtsmasken ist die Schlauchführung ein wichtiger Aspekt, um eine gute Verbindung und Stabilität zu erreichen.
- Es ist ein optionaler Schlauchführungsring und -clip (PN 1039967) erhältlich, mit dem das Schlauchsystem an der Kleidung des Patienten befestigt und eine optimale Maskenstabilität erzielt werden kann.

Mit dem V60 verwenden

- Das Maskenleck für die AP111 ist Leck 3. Das Lecksymbol ist auf der Vorderseite der Befestigung und auf der herausnehmbaren Karte angegeben.
- Wenn die AP111 mit einem Schlauchsystem mit DEP verwendet wird, DEP als Ausatemventil auswählen.
- Bei Verwendung von PN 1062130 oder 1062132 „Kein“ als Ausatemventil auswählen. Das Schlauchsystem der Produkte mit diesen Teilenummern besitzt kein Ausatemventil.

Symbol für Leck 3 am Respironics V60 Ventilator

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle Rechte vorbehalten. Respironics und V60 sind Warenzeichen von Respironics, Inc. und seinen Tochtergesellschaften.

Philips Healthcare behält sich das Recht vor, ein Produkt zu verändern und dessen Herstellung jederzeit und ohne Ankündigung einzustellen.

Philips Healthcare ist ein Bereich der Royal Philips Electronics

www.philips.com/healthcare
healthcare@philips.com
Fax: +31 40 27 64 887

Philips Healthcare
Global Information Center
P.O. Box 1286
5602 BG Eindhoven
Niederlande

Gedruckt in den Niederlanden
4522 962 57603 * SEP 2010